

お客様各位

2024年1月18日

サクラ精機株式会社
感染制御事業本部

カタログ内容訂正のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が販売する V-PRO® maX2 低温滅菌システムのカタログにおいて、掲載内容に誤解を招く表現がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正箇所をご連絡させていただきます。誠に恐縮ではございますが、対象カタログをお持ちの際は、ご使用はお控え頂きますよう、お願い申し上げます。

なお、修正後のカタログにつきましては準備が整い次第、弊社ホームページに掲示させて頂く予定です。お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象カタログ「V-PRO® maX2 低温滅菌システム」バージョン A-163.2023
- 訂正箇所

訂正箇所	訂正後
プリオンについての項 プリオン汚染に対する標準的な予防策	プリオンについての項を削除 <説明> 本内容は海外での研究論文及び第三者認証機関の評価報告を示したもので日本において V-PRO® maX2 低温滅菌システムの使用目的及び効果を説明するものではありません。(2024年1月現在、日本においてプリオン不活化の使用目的及び効果を認可されている滅菌装置はございません。)


■ 対象カタログの判別方法

カタログを開いた状態



裏表紙（表 4）

表紙（表 1）



バージョン A-163.2023 の記載がございます。

以上